

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – Устаткування для операційних блоків ДК 021 : 2015 : 33160000-9 (щипці).**
2. **Вид процедури закупівлі - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2023-05-05-007606-а.**
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі) — 25 500,0 грн.**
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі — 25 500,00 грн.**
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015 - 33160000-9)
Номенклатурна позиція ДК 021:2015 — 33169000-2 - Хірургічні інструменти
Жорсткі ендоскопічні камене-відновлювальні щипці, багаторазові (код НК 024:2019 – 37141)

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Щипці	од.	1

- Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).
 - Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:
 - а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
 - Гарантійний термін – не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).
 - Інструменти, оптики, світловоди, кабелі та ін. в комплекті обладнання повинні бути багаторазового використання, підлягати численним циклам дезінфекції та стерилізації, окрім передбачених для одноразового застосування (надати гарантійний лист від Учасника).
 - Наявність сертифікованого виробником сервісного центру на території України та фахівців, що пройшли навчання у виробника (надати гарантійний лист від Учасника).

- Відповідність медико-технічним вимогам підтверджується наданням заповненої таблиці відповідності та копій інструкцій щодо використання або офіційних друкованих документів (каталоги, проспекти, тощо) виробника українською або російською мовою, які містять підтвердження технічних параметрів обладнання, яке пропонується Учасником.
- Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).
- Запропонований Учасником інструмент, повинен бути повністю сумісним з наявним у Замовника обладнання виробництва KARL STORZ (надати гарантійний лист від Учасника).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№ з/п	Назва	Параметри	Відповідність так/ні посилання на відповідні розділи, та/або сторінку(и) документу
1.	Щипці – 1 од.	<ul style="list-style-type: none"> - щипці жорсткі; - призначені для захвату фрагментів каменів; - наявність червонного маркера на щипцях; - наявність двох рухливих браншів; - розмір не менше 5 Шр.; - довжина не менше 60 см; - можливість автоклавування. 	

У разі, якщо у Технічному завданні (ТЗ) міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати "або еквівалент".

При невідповідності даних ТЗ в цілому та/або по окремим пунктам, або відсутності відповідності пунктів ТЗ опису технічних та функціональних можливостей обладнання, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».