

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання за кодом CPV за ДК 021:2015 – 50420000-5 (Послуга з технічного обслуговування апарату рентгенівського діагностичного пересувного Optima XR240 amx).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2023-12-14-007771-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 48 000,00 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 48 000,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

Назва предмета закупівлі	Послуга з технічного обслуговування апарату рентгенівського діагностичного пересувного Optima XR240 amx
Код ДК 021:2015	50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання
Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	50421200-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання
Обсяг надання послуг	1 послуга
Місце надання послуг	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк надання послуг	до 31 грудня 2024 року включно

Таблиця 2

№ пп	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Послуги з технічного обслуговування апарату рентгенівського діагностичного пересувного Optima XR240 atx, а саме:	послуга	1
1.1	Зняття кришок рентгенівського апарату	послуга	1
1.2	Перевірка параметрів генератору	послуга	1
1.3	Калібрування рентгенівської трубки та детектору	послуга	1
1.4	Перевірка всіх рухів рентгенівського апарату	послуга	1
1.5	Калібрування екрану	послуга	1
1.6	Перевірка протоколів рентгенівського апарату	послуга	1
1.7	Збереження бекапу рентгенівського апарату	послуга	1
1.8	Перевірка заряду батарей	послуга	1
1.9	Чистка всіх вузлів рентгенівського апарату	послуга	1
1.10	Перевірка логів системи error log	послуга	1
1.11	Перевірка якості зображення	послуга	1
1.12	Закриття кришок рентгенівського апарату	послуга	1

Вимоги:

1. Учасником обов'язково у складі пропозиції надається копія Ліцензії (зі змінами) Державного комітету ядерного регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання, видана безпосередньо Учаснику із зазначенням в ній медичного обладнання, що обслуговується (рентгенівський апарат Optima XR) та дійсна на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

2. Послуги повинні надаватися сервісним інженером, що має відповідну кваліфікацію та досвід на проведення обслуговування та ремонту даного обладнання. Для цього учасник має надати:

- копію сертифікату від виробника медичного обладнання;
- копію документу, який підтверджує проходження навчання з радіаційної безпеки;
- копію документу, який підтверджує наявність у сервісного інженера групи допуску з електробезпеки не нижче 4 групи.

3. Для проведення технічного обслуговування рентгенівського апарату Учасник має мати сервісний ключ M-Class. Для підтвердження вищезазначеного, Учасником у складі пропозиції необхідно надати гарантійний лист.