

# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

**Інформація щодо процедур закупівель**  
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні за ДК 021 : 2015 : 33190000-8 (помпа для безперервного (ентерального) харчування).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2024-01-25-006080-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 122 000,0 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 122 000,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

## Технічна специфікація до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

### 1. Предмет закупівлі

Назва предмета закупівлі	Помпа для безперервного (ентерального) харчування
Код ДК 021:2015	33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
Номенклатурна позиція ДК 021:2015	33194110-0 - Інфузійні насоси
Код національного класифікатора НК 021:2023	13209 – Помпа для ентерального харчування
Кількість	4 штуки
Місце поставки товару	Чернігівська область, Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Київська, 56, 17500
Строк поставки товару	до 31 грудня 2024 року

### 2. Медико – технічні вимоги

№	Найменування параметру	Вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу
1	Загальні вимоги		

1.1	Прилад призначений для клінічної інтеразії поживних речовин	Наявність	
1.2	Налаштування швидкості інфузії, налаштування точності інфузії, регулювання швидкості болюсу, налаштування дози, контроль тиску.	Наявність	
1.3	Клас безпеки, не гірше	I-CF	
1.4	Захист від вологи, не гірше	IPX4	
1.5	РК-екран для відображення інфузійних даних	Наявність	
1.6	Індикатор сигналу сигналізації	Наявність	
1.7	Діапазон регулювання швидкості інфузії, не вужче	1-600 мл/год	
1.8	Крок регулювання швидкості інфузії, не гірше	1 мл/год	
1.9	Швидкість болюсу, не вужче	200-600 мл/год	
1.10	Загальна доза, не вужче	1 мл ~ 9999 мл.	
1.11	Крок регулювання дози, не гірше	1 мл	
1.12	Діапазон тиску, не вужче	300 мм.рт.ст ~ 700 мм.рт.ст	
1.13	Швидкість промивання каналів, не вужче	200-600 мл/год	
1.14	Час промивання каналів, не вужче	1 – 30 хв	
1.15	Регулювання циклу, не вужче	5 хв – 24 год	
1.16	Кількість збереження записів, не менше	1500 записів	
1.17	Сигнали тривоги	Наявність	
<b>2</b>	<b>Габарити та вага</b>		
2.1	Вага, не більше	1,5 кг	
2.2	Габарити, не більше	150 мм x 200 мм x 120 мм	
<b>3</b>	<b>Вимоги до параметрів живлення</b>		
3.1	Напруга електроживлення, не гірше	100 -240 В	
3.2	Частота, не гірше	50/60 Гц	
3.3	Енергоспоживання, не більше	11 Вт	
3.4	Вбудована акумуляторна батарея	Наявність	
3.5	Тривалість автономної роботи батареї, не менше	5 год	
<b>4</b>	<b>Комплектація поставки</b>		
4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насос для ентерального харчування з вищезазначеними параметрами;</li> <li>• Інструкція користувача на українській мові;</li> <li>• Набір для ентарального годування, не менше 10 шт.;</li> <li>• Кабель живлення.</li> </ul>	Відповідність	

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

### **3. Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.*

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.*