

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

- 1. Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Устаткування для операційних блоків за ДК 021 : 2015 : 33160000-6 (діатермокоагулятор високочастотний хірургічний ДКВХ-300).
- 2. Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2024-03-25-002226-а.
- 3. Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 109 700,0 грн.
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічна специфікація до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

1. Предмет закупівлі

Назва предмета закупівлі	діатермокоагулятор високочастотний хірургічний ДКВХ - 300
Код ДК 021:2015	устаткування для операційних блоків за ДК 021 : 2015 : 33160000-9
Номенклатурна позиція ДК 021:2015	33161000-6 - електрохірургічні прилади
Класифікатор НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	44776 – електрохірургічна система
Кількість	1 комплект
Місце поставки товару	Чернігівська область, Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Київська, 56, 17500
Строк поставки товару	до 31 грудня 2024 року

2. Медико – технічна специфікація

Параметри та вимоги	Відповідність підтверджується обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
----------------------------	---

Призначений для різання і коагуляції	
Корпус апарату витримує обробку будь якими дезінфікуючими засобами, та забезпечує довговічність використання	
Установка заданої потужності виконується за допомогою кнопок керування	
Керування приладом повинно бути реалізоване завдяки багатопроцесорній схемі з функцією самоконтролю та синтезатором частоти	
Наявність окремого регулювання потужності та рівня коагуляції	
Наявність двох режимів роботи: монополярний та біполярний	
Наявність 9 режимів роботи:	
Монополярний режим - м'яке тонке різання без коагуляції	
Монополярний режим - жорстке різання без коагуляції, розріз більш широкий	
Монополярний режим - жорстке різання високим струмом для застосування на тканинах з високим опором	
Монополярний режим - м'яке тонке різання з коагуляцією, рівень коагуляції регулюється окремо	
Монополярний режим - глибока коагуляція (окремий вихід для коагуляції може застосовуватись разом з основним інструментом)	
Монополярний режим - поверхнева безаргонова «спрей» коагуляція високим струмом	
Біполярний режим - безіскрова м'яка коагуляція	
Біполярний режим - глибока коагуляція (високий струм)	
Біполярний режим - різання (високий струм)	

Технічні характеристики

Напруга і частота мережі В / Гц:	240±20/50
Частота високочастотних коливань, кГц	325 / 526
Максимальна вихідна потужність, Вт	320
Максимальна споживана потужність, Вт	600
Вихідна потужність в біполярному режимі, Вт	150±20%
Вихідна потужність в монополярному режимі, Вт	300±20%
Пікова вихідна потужність, Вт	350
Частота модуляції, кГц	20±1
Глибина модуляції в межах, %	1-50

Комплект поставки:

Найменування	Кількість, шт.
Блок управління діатермокоагулятора	1
Утримувач інструменту з кабелем	2
Педаль потрійна	1
Активні електроди	≥5
Вставка плавка	1
Кабель живлення	1
Пасивний електрод	1
Паспорт	1

Інші умови:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або англійською мовами) в якому міститься ця інформація, **з наданням копії документів.**

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен **надати лист у довільній формі** в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Необхідно **надати копію декларації (сертифікату) відповідності** вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (з додатками за наявності).

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен **надати лист у довільній формі** в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

*** Якщо є посилання на певну торгівельну марку, читати як «еквівалент», аналог якості повинен бути не гірше зазначеного в технічному завданні.**