

# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель  
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – Ліжко для народжування за кодом ДК 021 : 2015 - 33190000-8** Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні НК 024:2023: - 15732 - Ліжко для народжування, НК 031:2024 - V08060199 – Медичні ліжка з електричним приводом - інше
2. **Вид процедури закупівлі -** Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2025-10-03-011213-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі) — 114 050,00 грн.**
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі — 114 050,00 грн.**
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація**

## I. Предмет закупівлі

Назва предмета закупівлі	Ліжко для народжування
Код ДК 021:2015	33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
Номенклатурна позиція ДК 021:2015	33192100-3 – Медичні функціональні ліжка
НК 024:2023	15732 – Ліжко для народжування
НК 031:2024	V08060199 – Медичні ліжка з електричним приводом - інше
Кількість	Ліжко для народжування – <b>1 штука</b>
Місце поставки товару	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк поставки товару	до 10 листопада 2025 року включно

## II. Загальні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічній специфікації та вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.**

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару, що викладені у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена шляхом надання відповідного

підтвердження з додаванням технічного документу виробника, що підтверджує таку відповідність та надання заповнених таблиць (таблиці 1-3), що наведені нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів українською мовою в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

**2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.**

На підтвердження Учасник повинен надати кольорову скан-копію оригіналу Декларації відповідності технічному регламенту медичних виробів або належним чином завіреним копію такої декларації.

**3. Учасник процедури закупівлі повинен забезпечити проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (на підтвердження надати скан-копію оригіналу листа виробника або його офіційного представника)**

**4. Учасник процедури закупівлі повинен надати інструкцію з експлуатації (застосування, використання) українською мовою.**

**5. Учасник процедури закупівлі повинен надати гарантійний лист, що гарантійний термін обслуговування становить не менше 12 місяців, з моменту введення Товару в експлуатацію.**

**6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.**

На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу або належним чином завіреним копію гарантійного листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, або дилера, або дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

### **III. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

**Ліжко для народжування**

**Таблиця 1. Призначення**

<b>Призначення:</b>	<b>Відповідність, «так» чи «ні» з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и)</b>

	<b>технічного документу виробника</b>
<p>Ліжко для народжування повинно бути призначене для забезпечення породіллі зручного і безпечного розташування на всіх етапах пологів.</p>	
<p>Ліжко для народження повинно бути призначене для використання під час розродження, пологів, періодів відновлення, гінекологічних обстежень і акушерських операцій в пологових будинках, гінекологічних відділеннях, жіночих консультаціях.</p>	

**Таблиця 2. Комплектація**

№	Найменування	К і л ь к і с т ь	Відповідність, «так» чи «ні» з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника

1.	Ліжко	1 шт. т.	
2.	Лоток для виділень	1 шт. т.	
3.	Опора під коліна	2 к о м п л т.	
4.	Рукоятка	2 шт. т.	
5.	Пульт управління	1 шт. т.	

6.	Шнур живлення	1 шт. .	
----	---------------	---------------	--

**Таблиця 3. Технічні параметри**

№	Найменування	Значення	Відповідність, «так» чи «ні» з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника
1.	Регулювання положень ліжка (висоти, спинної секції, тренделенбург) повинно здійснюватися за допомогою пульта управління	наявність	
2.	Ліжко повинно бути обладнано допоміжною секцією, яка складається в приховане положення за допомогою електричного приводу або вручну	наявність	

3	Управління положеннями ліжка повинно здійснюватися за допомогою зручного пульта управління	наявність	
4	Параметри живлення	100-240 В, 50Гц	
5	Споживана потужність	не більше 300 ВА	
6	Ступінь захисту від проникнення	не гірше IP54	
7	Шум при електричних переміщеннях	не більше 65 дБ	
8	Ліжко повинно мати матрац зі знімним чохлом з водонепроникного матеріалу.	наявність	
9	Лоток для виділень	наявність	

	повинен бути знімним та виготовленим з нержавіючої сталі	ь	
1	Опори для ніг по Геппелю (опори під коліна) та рукоятки для захвату повинні встановлюватись з обох боків ліжка та мати можливість регулювання	наявність	
1	Габаритні розміри ліжка	не більше 2100×1000 мм	
1	Розміри ложа	не менше 1950×850 мм	
1	Мінімальна висота ложа	не більше 700 мм	
1	Максимальна висота ложа	не менше 900 мм	

1	Діапазон нахилів секції спинної вгору	не менше чим від 0° до 65°	
1	Діапазон нахилів в положення Тренделенбург	не менше чим від 0° до 10°	
1	Діапазон нахилів в положення анти- Тренделенбург	не менше чим від 0° до 10°	
1	Ліжко повинно бути обладнано подвійними поворотними колесами	наявність	
19	Діаметр коліс	не менше 125 мм	
2	Центральна система гальм	наявність	
2	Максимальне безпечне	не	

	навантаження	менше 180 кг	
--	--------------	-----------------	--

*У разі, якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що медико-технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.*

*У разі коли вищенаведені характеристики предмета закупівлі містять чітке значення, слід розуміти їх у значенні «не гірше/не менше» вказаного.*