

# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель  
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за ДК 021 : 2015 : 50530000-9 (послуги з сервісного та технічного обслуговування обладнання системи медичного газопостачання КНП «ПЦМЛ»).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2025-12-01-004491-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 52 400,00 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 52 400,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

## 1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва предмета закупівлі	Послуги з сервісного та технічного обслуговування обладнання системи медичного газопостачання КНП «ПЦМЛ»
Код ДК 021:2015	50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Номенклатурна позиція ДК 021:2015	50532000-3 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання
Кількість	2 послуги
Місце надання послуг	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк надання послуг	до 31 грудня 2025 року

## 2. ПЕРЕЛІК

### обладнання системи медичного газопостачання

№	Найменування обладнання на технічне обслуговування	Кіл-сть один. техніки	Кількість обслуговувань
1.	Технічне обслуговування генератора PSA кисню O640	1	1 послуга
2.	Технічне обслуговування повітряного компресора Kaeser – BSD 75 5,5-8,5 бар (г)	1	1 послуга

## 3. ПОРЯДОК

### технічного сервісного обслуговування

N	Найменування та перелік послуг	Од. виміру,
---	--------------------------------	-------------

п/п		кількість
1.	<p><b>Технічне обслуговування генератора PSA кисню O640 у кількості 1 шт. у складі:</b>  <i>Регламентні роботи:</i>  Комплексна зовнішня очистка  <u>Діагностика у складі:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перевірка на наявність витоків, пошкоджень</li> <li>- перевірка параметрів концентрації кисню;</li> <li>- перевірка параметрів тиску у циклі адсорбції;</li> <li>- перевірка параметрів працездатності газоаналізатора;</li> <li>- перевірка герметичності з'єднань;</li> <li>- перевірка пневматичних клапанів;</li> <li>- перевірка електромагнітних клапанів;</li> <li>- перевірка зворотного клапану;</li> <li>- перевірка запобіжних пристроїв;</li> <li>- перевірка параметрів аварійної сигналізації;</li> <li>- калібровка перепускних клапанів.</li> </ul> <p>Тестування роботи обладнання по закінченню проведених робіт  <u>Витратні матеріали:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кисневе мастило - 0,1 л.</li> </ul>	1 послуга
2.	<p><b>Технічне обслуговування повітряного компресора Kaeser –BSD 75 5,5-8,5 бар (г) у кількості 1 шт. у складі:</b>  Комплексна зовнішня очистка  <u>Діагностика у складі:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ огляд і чистка зовнішніх поверхонь модулів охолоджувача оливи і га-зу;</li> <li>○ перевірка рівня (витоку) масла;</li> <li>○ перевірка ременів приводу;</li> <li>○ перевірка та очистка радіаторів;</li> <li>○ очистка внутрішніх елементів;</li> <li>○ перевірка якості електричного з'єднання;</li> <li>○ підтяжка з'єднань сполучених та контактних.</li> </ul> <p>Зборка і тестування обладнання по закінченню проведених робіт.  <u>Витратні матеріали:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Сепаратор – 1 шт.</li> <li>○ Повітряний фільтр – 1 шт.;</li> <li>○ Масляний фільтр – 1 шт.;</li> <li>○ Олива компресорна – 30 л.;</li> <li>○ Фільтруюча вставка – 2 шт.</li> </ul>	1 послуга

#### **4. Інші вимоги:**

**1.** Надання послуг з технічного обслуговування повинно виконуватися з дотриманням вимог та норм чинного законодавства з охорони праці. На підтвердження учасник надає скановані з оригіналів копії:

- 1) дозвільного документа на технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки: посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

- 2) посвідчень та протоколів/витягів з протоколів комісії з перевірки знань з охорони праці, видані спеціалізованим навчальним закладом або центром, які чинні на дату кінцевого строку подання пропозиції, а саме:

	Загальний курс з охорони праці
	Пожежна безпека посадових осіб підприємств, установ, організацій
НПАОП 0.00-1.81-18	Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
НПАОП 0.00-1.65-88	Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
НПАОП 0.00-1.71-13	Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

2. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника, про що **надається відповідний лист-згода з даною умовою технічних вимог.**

3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування, про що надається відповідний **лист-згода з даною умовою технічних вимог.**

**Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати як «або еквівалент».**

Для підтвердження відповідності своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (медико-технічним вимогам) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також для підтвердження можливості надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації Учасник подає у складі пропозиції інформацію зазначену у цьому додатку, завірену печаткою і власним підписом (для учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, вимагається лише підпис).

*Дане технічне завдання розроблено у відповідності до потреб Замовника з урахуванням наявного в Замовника обладнання та вимог чинного законодавства, що регламентує дану сферу діяльності.*

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг - замовник здійснює закупівлю даних послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.*

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) — уповноважена особа здійснює дану закупівлю, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі даного виду послуг, які за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатимуть вимогам та потребам замовника, оскільки, у зв'язку з наявністю на балансі у Замовника відповідного обладнання, а саме: генератора кисню PSA з допоміжними засобами та комплектувальними виробами (ТМ ОХУМАТ) в Замовника є необхідність в проведенні технічного та сервісного обслуговування вищезазначеного обладнання. У зв'язку з специфікою наявного обладнання та з метою проведення кваліфікованого технічного та сервісного обслуговування необхідного саме для наявного у замовника обладнання є необхідність в придбанні послуг з сервісного та технічного обслуговування обладнання системи медичного газопостачання Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня», з наведенням посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. оскільки важливу роль для функціонування належним чином системи медичного газопостачання відіграє саме проведення якісного сервісного та технічного обслуговування кваліфікованими спеціалістами (інженерами), які спеціалізуються саме на технічному обслуговуванні обладнання еквівалентного обладнанню наявного в Замовника.

*Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовник прийняв рішення провести закупівлю саме таких послуг.*