

# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

**Інформація щодо процедур закупівель**  
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання за кодом ДК 021 : 2015 : 50420000-5 (повірка медичного обладнання).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2026-02-19-009593-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 251 314,00 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 251 314,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Назва предмета закупівлі	лот 1 – повірка медичного обладнання; лот 2 – калібрування медичного обладнання.
Код ДК 021:2015	50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.
Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	лот 1 - 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання; лот 1 - 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання.
Обсяг надання послуг	лот 1 – 28 найменувань, лот 2 – 11 найменувань.
Місце надання послуг	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500.
Строк надання послуг	до 31 грудня 2026 року включно.

*Таблиця 2*

№ п/п	Найменування обладнання	Кількість	Одиниця виміру
	<i>ЛОТ 1 - повірка медичного обладнання</i>		

1	Ваги платформенні РП 150	5	штука
2	Ваги медичні дитячі	3	штука
3	Манометр	5	штука
4	Мановакуумметр	5	штука
5	Манометр кисневий	20	штука
6	Сфігоманометр механічний	102	штука
7	Сфігоманометр автоматичний	5	штука
8	Аналізатор лабораторний	2	штука
9	Фотоелектроколориметр	6	штука
10	Термометр електроконтактний	2	штука
11	Термометр лабораторний до 200	6	штука
12	Термометр лабораторний до 100	5	штука
13	Ваги торсійні	2	штука
14	Ваги електронні	1	штука
15	Ваги ручні	1	штука
16	Гирі	42	штука
17	Дозатор піпетковий одноканальний	7	штука
18	Апарат УЗД	7	штука
19	РН-метр	1	штука
20	Електрод до рН-метру	1	штука
21	Гігрометр	47	штука
22	Газоаналізатор (Алконт)	2	штука
23	Монітор пацієнта	20	штука
24	Пульсоксиметр	22	штука
25	Пульсоксиметр стаціонарний	2	штука
26	Баня водяна	1	штука
27	Стерилізатор сухоповітряний	10	штука
28	Автокератометр	1	штука
	<b>Лот 2 - Калібрування медичного обладнання</b>		
1	Ваги електронні	1	штука
2	Манометр	5	штука
3	Мановакуумметр	5	штука
4	Термометр електроконтактний	2	штука
5	Термометр лабораторний до 200	6	штука
6	Термометр лабораторний до 100	5	штука

7	Гирі	12	штука
8	РН-метр	1	штука
9	Денсітометр	1	штука
10	Гігрометр	9	штука
11	Стерилізатор сухоповітряний	10	штука

## 1. Вимоги для надання послуг з проведення повірки законодавчо - регульованих засобів вимірювальної техніки

2.1. Повірка засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, що включає перевірку і маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим метрологічним вимогам.

2.2. Виконавець повинен бути включений до Баз даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації **(надати довідку в довільній формі)**.

2.3. Виконавець повинен мати Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології **(надати у складі тендерної пропозиції)**.

2.4. Результати повірки ЗВТ вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та технічного регламенту засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ).

2.5. Позитивні результати проведення повірки ЗВТ, документують у відповідності до методики повірки, засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформленням свідоцтва про повірку ЗВТ за встановленою формою. На вимогу замовника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки.

2.6. Для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з Порядком.

2.7. Витрати на отримання свідоцтва про повірку або довідки про непридатність, покладаються на Учасника та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

**2.8. Виїзд працівників для повірки ЗВТ здійснюється за рахунок Виконавця, і не повинен перевищувати трьох днів з дня замовлення. (надати довідку в довільній формі).**

*У разі, якщо у Технічному завданні (ТЗ) міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати "або еквівалент".*