

# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

## Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – Лікарські засоби різні за кодом ДК 021 : 2015 : 33690000-3 (реагенти та витратні матеріали до аналізатора глікозильованого гемоглобіну Quo-Lab).
2. Вид процедури закупівлі - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2026-02-23-009360-а.
3. Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі) — 374 343,00 грн.
4. Очікувана вартість предмета закупівлі — 374 343,00 грн.
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

### Загальні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій та шляхом надання заповненої таблиці 2 (що наведена нижче) з посиланням на технічний(і) документ(и) виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою).

### Медико-технічні вимоги

Таблиця 2

№ п/п	Назва	Технічні характеристики	Од. виміру	Кількість	Відповідність ("Так"/"Ні" з посиланням на сторінку технічної документації) або Наявність (з посиланням на сторінку специфікації)
1	Quo-Lab A1C Тестовий набір	В наборі 50 картриджів з реагентом. Адаптовані для аналізатора глікозильованого гемоглобіну Quo-Lab	набір	40	
2	Quo-Lab A1C Контрольний набір	В наборі 4 флакони Адаптовані для аналізатора глікозильованого гемоглобіну Quo-Lab	набір	2	

**2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.**

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому має зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

**3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.**

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.