

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання за ДК 021 : 2015 : 50420000-5 (послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання).
2. Вид процедури закупівлі - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2026-04-07-003810-а.
3. Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі) — 118 000,00 грн.
4. Очікувана вартість предмета закупівлі — 118 000,00 грн.
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

Назва предмета закупівлі	Послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання
Код ДК 021:2015	50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання
Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	50421200-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання
Обсяг надання послуг	15 послуг
Місце надання послуг	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк надання послуг	до 31 грудня 2026 року включно

2. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 2

№ пп	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Послуги з технічного обслуговування комплексу рентгенівського діагностичного цифрового КРДЦ-Альфа	послуга	3
2.	Послуги з технічного обслуговування комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображень РДК-ВСМ-18	послуга	3
3.	Послуги з технічного обслуговування мобільної рентген системи IMAX 1600V	послуга	3
4.	Послуги з технічного обслуговування комплексу рентгенівського діагностичного КРД-50 в модифікації «INDIagraf-02»	послуга	3
5.	Послуги з технічного обслуговування системи рентгенографічної діагностичної мобільної MAC D	послуга	3

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Таблиця 3

№ з/п	Найменування апарату, установки	Тип апарату	Зав. номер
1	Комплекс рентгенівський діагностичний цифровий	КРДЦ-Альфа	00032
2	Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображень	РДК-ВСМ-18	612280
3	Мобільна рентген система	IMAX 1600V	PP518200401004013
4	Комплекс рентгенівський діагностичний КРД-50	«INDIagraf-02»	1401
5	Система рентгенографічна діагностична мобільна	MAC D	47668

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ПОСЛУГА З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Таблиця 4

Найменування послуг
1. Перевірка та налагодження електромеханічних вузлів:
- електромагнітні гальма, приводи
- центратор
2. Перевірка та налагодження високовольтного обладнання:
- в/в кабелі
- генератор та рентгенівський випромінювач

3. Перевірка якості запобіжників і відповідальність їх необхідним номіналам.
4. Перевірка цілісності та наявності пломб.
5. Перевірка параметрів (згідно вимог Паспорта), включає перевірки:
- працездатності Комплексу/системи при різних експозиціях
- розмірів робочого поля
- розрізняювальної здатності
6. Перевірка технічного стану сервера, робочої станції:
- перевірка поверхні жорстких дисків
- дефрагментація жорстких дисків
- антивірусна перевірка
- загальна діагностика комп'ютерів
- контроль стану пристроїв мережі
- контроль бази даних
- контроль роботи програмного забезпечення
7. Профілактика пристроїв:
- CD та CD RW дисководів
- маніпуляторів
- моніторів
- принтерів
- системних блоків
- заміна мастил в механізмах
8. Перевірка та корекція співпадіння рентгенівського та оптичного тракту.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Технічний огляд перелічених типів рентгенологічного обладнання проводиться **один раз на квартал.**
2. Обсяг обслуговування рентгенівського апарата регламентується сервісною документацією на кожен тип апарата.
3. У випадку технічних несправностей Виконавець надає послуги з діагностики та ремонту безоплатно, сплаті підлягають комплектуючі та витратні матеріали.
4. При проведенні діагностики у випадку несправностей рентгенологічного обладнання обов'язково надаються дефектні акти із вказанням вартості необхідних комплектуючих та витратних матеріалів.
5. Обов'язковим є занесення інформації про технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання в контрольний-технічний журналі.
6. Учасником у складі тендерної пропозиції надається **скан – копію ліцензії державної інспекції ядерного регулювання на роботу з вказаними типами обладнання;**
7. Надати **авторизаційний лист від офіційного дилера** на роботу з приймачами малодозовими з цифровою обробкою рентгенівського зображення;
8. Надати **скан - копію сертифікату від офіційного дилера на сервісну підтримку обладнання;**
9. Надати **скан – копію сертифікату на вимірювальну лабораторію по дозоформуєчим параметрам рентгенівського обладнання** або контрагентний договір з такою лабораторією.

