

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання за кодом ДК 021 : 2015 : 50420000-5 (послуги з ремонту комп'ютерного томографа Optima CT 520 із заміною блоку живлення гентрі; послуги з ремонту апарата рентгенівського діагностичного пересувного Optima XR240 amx із заміною акумуляторних блоків апарата).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2026-06-03-010306-a.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 331 500,00 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 331 500,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

1. *ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Таблиця 1

Назва предмета закупівлі	Послуги з ремонту комп'ютерного томографа Optima CT 520 із заміною блоку живлення гентрі; послуги з ремонту апарата рентгенівського діагностичного пересувного Optima XR240 amx із заміною акумуляторних блоків апарата
Код ДК 021:2015	50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання
Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	50421200-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання
Обсяг надання послуг	2 послуги
Місце надання послуг	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк надання послуг	до 31 грудня 2026 року включно

Таблиця 2

№ пп	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Послуги з ремонту комп'ютерного томографа Optima CT 520 із заміною блоку живлення гентрі	послуга	1
2.	Послуги з ремонту апарата рентгенівського діагностичного пересувного Optima XR240 amx із заміною акумуляторних блоків апарата	послуга	1

2. Вимоги:

1. Учасником обов'язково у складі пропозиції надається копія Ліцензії (зі змінами) Державного комітету ядерного регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання, видана безпосередньо Учаснику із зазначенням в ній медичного обладнання, що обслуговується (комп'ютерний томограф OPTIMA) та яка буде чинною протягом дії договору (тобто до повного виконання усіх умов договору Сторонами).

2. Послуги повинні надаватися сервісним інженером (або сервісними інженерами), який має відповідну кваліфікацію та досвід на проведення обслуговування та ремонту даного обладнання. Для цього учасник має надати (стосується сервісного інженера / сервісних інженерів, який буде залучений до виконання договору):

- копію (-ї) сертифікату (-ів) сервісного інженеру, який пройшов навчання і сертифікований виробником або представником виробника, або навчальним/тренінговим центром виробника;

- копію документу, який підтверджує проходження навчання з радіаційної безпеки.

3. Для проведення ремонту комп'ютерного томографа, Учасник має мати сервісний ключ M-Class. Для підтвердження вищезазначеного, Учасником у складі пропозиції необхідно надати гарантійний лист.

4. Гарантійний термін на надані послуги та замінену запасну частину повинен становити 3 (три) місяці з дати підписання акту здачі-приймання наданих послуг. Для підтвердження вищезазначеного, Учасником у складі пропозиції необхідно надати гарантійний лист.

5. У разі залучення субпідрядника/співвиконавця Учасник подає у складі тендерної пропозиції довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).

