

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – ДК 021 : 2015** : 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (набір офтальмологічних пробних лінз).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2026-06-08-005598-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 20 930,00 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 20 930,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

Назва предмета закупівлі	Набір офтальмологічних пробних лінз
Код ДК 021:2015	33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
Номенклатурна позиція ДК 021:2015	33122000-1 - Офтальмологічне обладнання
НК 024:2023	36068 - Набір пробних офтальмологічних лінз
НК 031:2024	Q 0299 - Офтальмологічні пристрої – інше
Кількість	1 набір
Місце поставки	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк поставки	до 31 грудня 2026 року включно

Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі, установленим замовником.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам предмета закупівлі.

1. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Відповідність медико-технічних характеристик запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам, надається Учасником у формі заповненої та завіреної підписом і печаткою (у разі наявності) інформації, наведеної у Таблицях 2 і 3 нижче та повинна бути підтверджена учасником шляхом проставлення відповідної відмітки (Так/Ні) з наданням відповідних документів (медичні вказівки, інструкції, паспорти, сертифікати, декларації, каталоги або інші документи), що підтверджує (-ють) це твердження:

Таблиця 2

№ n/n	Назва	Кількість	Відповідність: «так» / «ні»
	Набір офтальмологічних пробних окулярних лінз на 266 лінз, в складі:	1 шт.	
1	Сферична лінза	160 шт.	
2	Циліндрична лінза	80 шт.	
3	Призматична лінза	12 шт.	
4	Допоміжна лінза	14 шт.	
5	Оправа пробна (універсальна)	1 шт.	
6	Серветка з мікрофібри	1 шт.	
7	Кейс	1 шт.	
8	Посібник користувача	1 шт.	
9	Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)	1 екземпляр	

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 3

№ n/n	Параметр	Значення	Відповідність: «так» / «ні»
1	Діапазон оптичної сили пробних лінз	Сферичні лінзи (160 шт.): мінусові (-): від -0.12 до -20.00 діоптрій плюсові (+): від +0.12 до +20.00 діоптрій Циліндричні лінзи (80 шт.): мінусові (-): від -0.25 до -6.00 діоптрій плюсові (+): від +0.25 до +6.00 діоптрій Призматичні лінзи (12 шт.): від 0.50 до 10.0 призматичних діоптрій (Δ)	
2	Допоміжні лінзи	Допоміжні лінзи (14 шт): Діафрагма з отвором, Червона лінза, Зелена лінза, Матова лінза, Лінза Маддокса, Напівматова лінза, Прозора (плоска) лінза, Лінза з перехресними лініями, Чорна лінза (оклюдер), Щілинна лінза Орієнтаційна лінза -0.50, Орієнтаційна лінза -0.25	

3	Оправа пробна універсальна	Діапазон міжцентрових відстаней: 48–76 мм Діаметр лінзотримачів: 38 мм Маса оправ: ≤ 70 г	
4	Габаритні розміри набору (мм)	580 × 390 × 70 мм	
5	Маса набору	не більше 5,4 кг	

*У разі, якщо у Додатку 2 до Тендерної документації містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Для підтвердження відповідності технічних, якісних та кількісних вимог тендерної документації Учасники в складі пропозиції повинні надати:

1.Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, відповідати (або бути кращим) медико–технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується (Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)):

декларацією та/або сертифікатом відповідності (про відповідність/оцінювання відповідності) технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753

або

документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог відповідного технічного регламенту.